

Calcicur

Kullanma talimatı

**Bileşimi:**

Su esaslı, radyopak kalsiyum hidroksit patı.

Endikasyonları:

- Caries profunda tedavisinde indirekt kuafaj için
- Pulpanın açıldığı ya da pulpektomi vakalarında direkt kuafajda
- Kaviteelerde kullanılan simanların asit ortamlarını engellemek için kaide maddesi olarak
- Geçici kök kanal dolgu maddesi olarak

Kullanım şekli:

Kaviteyi temizleyiniz ve kurutunuz. **Calcicur** patını ince katmanlar halinde, istenen kalınlığa ulaşıncaya kadar uygulayınız. Her katmanın iyice kurumasını bekleyiniz ya da hava spreyi ile kurutunuz. Kavite kenarlarına pat uygulamayınız, bulaştığı taktirde temizleyiniz. Daha sonra kaideyi ve dolguyu uygulayınız.

Kök kanal dolgusu için, öncelikle kök kanallarını hazırlayınız. (% 3'lük hidrojen peroksit ve sodyum hipoklorit solüsyonu ile). Daha sonra patı kök kanallarına uygun bir alet ile (lentülo) uygulayınız. Kök ucundan taşmaması ve hava boşluğu kalmaması için dikkat ediniz. Daha sonra dolguyu uygulayınız. Kök kanallarının durumunun röntgen ile kontrol edilmesi tavsiye edilir. Uzun dönemde (6 - 8 ay) kanal dolgusunu yenileyiniz. **Calcicur**, apeksifikasyonun tamamlanmasından önce veya sonra geçici kanal dolgu patı olarak kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Uygun olmayan saklama koşulları, patın kurumasına ya da ayrışmasına neden olabilir.

Kanülün ucundaki koruma kapsülünün içindeki madde kuruduğu taktirde 1 - 2 damla destile su eklenerek eski kıvamına getirilmelidir.

Kalsiyumhidroksit ten ile temasında asitik etkiye sahiptir ve gözle teması engellenmelidir.

Dental ürünler için önemli olan diş yüzeyindeki tutucu alanlara kalsiyumhidroksit uygulamayınız!

Calcicur' u çok kalın tabakalar halinde, çürük yüzeylerde ve kalıcı dolgu ve yapıştırıcı madde olarak kullanmayınız.

Saklama koşulları:

Kanülü kullanım sonrası koruyucu kapsül ile hemen kapatınız.

Katılmış patları uygulamayınız.

15°C – 23°C arasında saklayınız.

Calcicur' u son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com

VOCO

Calcicur

Kullanma talimatı

**Bileşimi:**

Su esaslı, radyopak kalsiyum hidroksit patı.

Endikasyonları:

- Caries profunda tedavisinde indirekt kuafaj için
- Pulpanın açıldığı ya da pulpektomi vakalarında direkt kuafajda
- Kaviteelerde kullanılan simanların asit ortamlarını engellemek için kaide maddesi olarak
- Geçici kök kanal dolgu maddesi olarak

Kullanım şekli:

Kaviteyi temizleyiniz ve kurutunuz. **Calcicur** patını ince katmanlar halinde, istenen kalınlığa ulaşıncaya kadar uygulayınız. Her katmanın iyice kurumasını bekleyiniz ya da hava spreyi ile kurutunuz. Kavite kenarlarına pat uygulamayınız, bulaştığı taktirde temizleyiniz. Daha sonra kaideyi ve dolguyu uygulayınız.

Kök kanal dolgusu için, öncelikle kök kanallarını hazırlayınız. (% 3'lük hidrojen peroksit ve sodyum hipoklorit solüsyonu ile). Daha sonra patı kök kanallarına uygun bir alet ile (lentülo) uygulayınız. Kök ucundan taşmaması ve hava boşluğu kalmaması için dikkat ediniz. Daha sonra dolguyu uygulayınız. Kök kanallarının durumunun röntgen ile kontrol edilmesi tavsiye edilir. Uzun dönemde (6 - 8 ay) kanal dolgusunu yenileyiniz. **Calcicur**, apeksifikasyonun tamamlanmasından önce veya sonra geçici kanal dolgu patı olarak kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Uygun olmayan saklama koşulları, patın kurumasına ya da ayrışmasına neden olabilir.

Kanülün ucundaki koruma kapsülünün içindeki madde kuruduğu taktirde 1 - 2 damla destile su eklenerek eski kıvamına getirilmelidir.

Kalsiyumhidroksit ten ile temasında asitik etkiye sahiptir ve gözle teması engellenmelidir.

Dental ürünler için önemli olan diş yüzeyindeki tutucu alanlara kalsiyumhidroksit uygulamayınız!

Calcicur' u çok kalın tabakalar halinde, çürük yüzeylerde ve kalıcı dolgu ve yapıştırıcı madde olarak kullanmayınız.

Saklama koşulları:

Kanülü kullanım sonrası koruyucu kapsül ile hemen kapatınız.

Katılmış patları uygulamayınız.

15°C – 23°C arasında saklayınız.

Calcicur' u son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com

VOCO